

咨询处理 - 硬件咨询 #1632

激光器

2026-04-10 11:27 - 单文惠

状态:	已反馈	开始日期:	2026-04-10
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-06-09
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:			
描述			
咨询单位：电子科技大学---岳博士			
波长：633			
功率：20mW			
氮氛，空间光，连续激光器			
用处：用来探测信号的			
预算：可以接受2万多的价格			
货期：客户还未回复什么时候要，转至销售跟进。			

历史记录

#1 - 2026-04-10 11:29 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 分析中

#2 - 2026-04-10 11:29 - 薛立京

- 状态 从 分析中 变更为 评估中

#3 - 2026-04-10 13:35 - 薛立京

- 文件 a536d8b0f15c82fb8a7fdbb06a2503d.png 已添加

- 文件 682c682054e1e955168efab19567171.png 已添加

- 文件 ee3a47662cd8627e657c41d7f498e9d.png 已添加

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

美国mi-lasers

a536d8b0f15c82fb8a7fdbb06a2503d.png

682c682054e1e955168efab19567171.png

ee3a47662cd8627e657c41d7f498e9d.png

#4 - 2026-06-06 15:09 - 宁欣洋

- 计划完成日期 被设置为 2026-06-09

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 薛立京

了解一下这个20mw的氦氖激光器，现货2个事否都是翻新的，如果是那么他的使用寿命时长还有多久，因为氦氖激光器是由使用寿命的。如果有新的是多少钱？

#5 - 2026-06-08 17:16 - 薛立京

今天没有回复，已经邮件催了

#6 - 2026-06-09 08:46 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 宁欣洋

- 1.预期寿命:此类设备的一般使用寿命大约为15,000小时。他们无法确知这些特定翻新设备此前实际使用过的确切小时数，他们说通过严格检查输出功率和掉电电流来确保每套系统均处于良好状态。
- 2.保修范围:一年保修涵盖质量退化(如输出功率下降)以及保修期内发生的任何机械或电气故障。
- 3.规格:虽然翻新设备没有特定的寿命文档，但它们经过测试以达到与新系统相同的性能标准。

以上是20mw 633nm激光器给我的回复

文件

a536d8b0f15c82fb8a7fdbb06a2503d.png	434 KB	2026-04-10	薛立京
682c682054e1e955168efab19567171.png	489 KB	2026-04-10	薛立京
ee3a47662cd8627e657c41d7f498e9d.png	436 KB	2026-04-10	薛立京