

咨询处理 - 硬件咨询 #1660

硬件咨询 # 1659 (已反馈): 双轴xy扫描电动平移台

双轴xy扫描电动平移台

2026-04-14 09:07 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-04-14
优先级:	D级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:			

描述
行程分别是1米和0.8米，负载激光探头，逐点扫描1*0.8米的样板，1mm一个点位。精度在大形成范围可实现50um-100um重复定位精度。需要龙门架结构。从上向下扫描。

历史记录

#1 - 2026-04-14 13:23 - 宁欣洋

- 优先级 从 B级 变更为 D级
- % 完成 从 0 变更为 100

此咨询目前根据用户预算反馈，不符合其预算要求，他的预算只有几千。我直接拒了。

#2 - 2026-04-15 13:33 - 单文惠

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#3 - 2026-04-15 13:33 - 单文惠

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈