

咨询处理 - 硬件咨询 #1663

900-2100nm波片

2026-04-14 09:25 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-04-14
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:			
描述			
1/2和1/4每种需要一片，硕士月底前给结果。			

历史记录

#1 - 2026-04-14 14:14 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-04-14 14:15 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

商城型号满足

LO-AWP-90-H10 900-2100nm 1/2 外框直径25.4mm 通光孔径18mm 损伤阈值>500 MW/cm2 相位延迟精度< λ /100
LO-AWP-90-Q10 900-2100nm 1/4 外框直径25.4mm 通光孔径18mm 损伤阈值>500 MW/cm2 相位延迟精度< λ /100