

状态:	已反馈	开始日期:	2026-05-30
优先级:	A级	计划完成日期:	2026-06-03
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
描述			
我让客户先用咱们的电动位移台-需要软件进行匹配A-chang 需要L块转接件。先从公司现有的找。 他们需要软触发给指令，接受指令的应该是相机。 客户周二出差回来。 看看是否有时间做匹配。			

历史记录

#1 - 2026-06-01 08:45 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-06-01 08:45 - 薛立京

- 指派给 从 薛立京 变更为 曹晏彬

#3 - 2026-06-01 08:46 - 薛立京

- 跟踪 从 硬件咨询 变更为 软件咨询

- 完结状态 已删除 (未成单)

#4 - 2026-06-01 11:37 - 曹晏彬

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

能做，需要准备下相机的二开资料，或者至少给个型号
其次就是确认相机能借出的时间段

按目前写的需求看的话，适配新设备需要至少一周的工作量
如后续有追加的更详细需求则需要再根据新情况评估

#5 - 2026-06-01 12:11 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 曹晏彬

目前只考虑电动位移台
我的需求是吧电动位移台给他，它使用的时候是直接用的光驰软件。至于他和其他的适配，我目前不急，
是否可以直接有软控触发的功能。我只需要适配XZ，这两个轴的台子。

#6 - 2026-06-01 13:03 - 曹晏彬

软触发对光驰来说是通过程序的逻辑语句实现的，不是对外发信号。对设备来说不用加额外的东西。
因此单独的台子即使编程出来也用不了软触发，它虽然能在对应的地方有一个触发判定动作，但不会通过信号发出去，在适配之前他的设备也连不上。
纯粹连接和操作台子是没问题的，使用基础运动指令是没问题的。

#7 - 2026-06-01 13:11 - 宁欣洋

ok，周三能直接使用对吗？
我周三带台子去客户现场，所以需要什么东西，以及怎么使用，客户现场跟谁对接，这个怎么安排
事否能帮我安排好，我到那做交接？

#8 - 2026-06-02 11:24 - 曹晏彬

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

今天下午把二轴的配置文件准备完（因为之前只有单轴的，需要现拼一个二轴的），我会先确保软硬件都测试完毕
后续我交给@zhangjj 张骏杰对接，在明天之前教给你软件的使用手册和一些简单的使用技巧，并让他在明天待命以防万一

#9 - 2026-06-02 11:41 - 宁欣洋

- 指派给 从 宁欣洋 变更为 曹晏彬

我的时间有变化，我周三去北京理工中关村校区，周四去良乡，但我是周三中午我就带走了。
我需要配合的时间是周四，具体我约一下周四客户具体时间，反馈给你。

#10 - 2026-06-02 11:44 - 宁欣洋

已确认本周四，6.4日早晨9：30到他的办公室调试台子试用。

#11 - 2026-06-03 11:40 - 曹晏彬

- 指派给 从 曹晏彬 变更为 宁欣洋

目前已经排查掉了大的bug，属于是一个可交付的版本了，后续会打包程序发给你，今晚@zhangjj 配合你讲解下简单的操作，明天他也会待命随时支持。
并且在从今天下午到明天见客户之前的这段时间也会在沈阳继续测试，确保到客户手里的版本是我们尽量多测试过的。