

咨询处理 - 硬件咨询 #1966

硅放大光电探测器-清华-钱曹逸

2026-06-10 11:10 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-10
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	已被拒，原因：价格太高		
描述			
硅放大光电探测器 光纤输入1-100uw左右（光纤转接口） 带宽50Mhz左右 波长780nm ± 20nm，入射光功率大约100nw到100uw 应用是把探测器用于硅光芯片出光探测，在有10M左右的调制下进行光探测，增益和信噪比肯定是越高越好，您这边有型号推荐吗，成本到也没有明确的范围，3w以内吧 增益和信噪比，在成本的范围内能实现的是多少，给出即可。 目前需要了解我们能实现什么，以及参考价格。 给出时间6.13日中午。			

历史记录

#1 - 2026-06-10 11:12 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-06-10 15:57 - 薛立京

- 文件 APD130A(DP).pdf 已添加

- 文件 PDA8A2(DP).pdf 已添加

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

厂家：多谱光学。参数表光谱图见文档
基本推荐:PDA8A2(DP) 价格3800元
高端推荐:APD130A(DP) 价格8500元
这个预算内的，能考虑的是这两款

#3 - 2026-06-16 22:36 - 宁欣洋

- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

- 完结状态 已被拒，原因：价格太高 已添加

- 完结状态 已删除(未成单)

这是thorlabs的型号，客户把thorlabs的报价单给我看了，信息有误，我对此信息评估有误，报价报高了。所以此订单已死。

#4 - 2026-06-17 08:52 - 薛立京

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

文件

APD130A(DP).pdf	271 KB	2026-06-10	薛立京
PDA8A2(DP).pdf	176 KB	2026-06-10	薛立京