

咨询处理 - 硬件咨询 #1978

电动4轴静态扫描系统-北航-李天任

2026-06-13 10:13 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-06-13
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-06-20
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
需要等客户确认最终要求。昨天提了几个方案。等待最终方案。			

历史记录

#1 - 2026-06-16 15:27 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

等待最终方案

#2 - 2026-06-18 13:02 - 薛立京

等待最终方案

#3 - 2026-06-22 08:47 - 薛立京

等待最终方案

#4 - 2026-06-24 13:01 - 薛立京

等待最终方案

#5 - 2026-06-26 13:49 - 薛立京

等待最终方案

#6 - 2026-07-01 17:17 - 薛立京

等待最终方案

#7 - 2026-07-04 16:38 - 薛立京

等待最终方案

#8 - 2026-07-10 13:09 - 薛立京

等待最终方案

#9 - 2026-07-16 17:38 - 薛立京

等待最终方案

#10 - 2026-07-25 17:58 - 薛立京

等待最终方案

#11 - 2026-08-14 13:31 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 缺少信息

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

#12 - 2026-09-11 10:28 - 宁欣洋

按照咱们那天商量的方案，三轴运动到指定位置的静态定位精度，需要做到20 μm。
总行程我们决定要三轴各50mm，还需要配一个手动摆台校准相机，再配上对应的控制器。
这套搭配，您能不能出个报价，我们好把报价交上去。

#13 - 2026-09-11 10:30 - 宁欣洋

- 文件 clipboard-202609111029-6jtiw.jpg 已添加
- 指派给从 宁欣洋 变更为 薛立京

我们相机的底面尺寸是78x55mm长宽，考虑到尾端接线长度，长度方向预留150mm。按照150x55mm算吧。

相机高度也是55，摆台从台面到摆动中心高度30mm左右就行，不需要准确一致，做实验可能要换相机，高度会变。

[图片]

clipboard-202609111029-6jtiw.jpg

可以的，一个摆台与电动台匹配西药一个小的L转接板，转接板成本预计1500，摆台的成本预计3000（大台面100*100mm），还有一种用小台面65mm的上面做一个转接板。成本预计2000。

所以这一整套下来

电动台：9850x3=29550

L直角转接：1850+1500=3350

手动摆台：3000或者2000

共计：35900（大台面摆台）或者34900（小台面摆台+转接板）

已报价，等回复，回复过后，需要画图纸，转接板的，以及机械结构的适配，与相机之间。

#14 - 2026-09-11 11:31 - 薛立京

- 状态从 缺少信息 变更为 更新

#15 - 2026-09-11 11:31 - 薛立京

- 状态从 更新 变更为 评估中

#16 - 2026-09-11 11:42 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

明白，等回复，确认选用大摆台方案或者小摆台方案。确认摆台与电动台的转接板尺寸，以及摆台与相机的转接板尺寸。

回复后，请给我电动台、摆台的型号或者三维图。以及电动台、摆台及相机的安装方向。

然后指派给我就可以了

文件			
clipboard-202609111029-6jtiw.jpg	220 KB	2026-09-11	宁欣洋