

咨询处理 - 硬件咨询 #2140

EUV光谱诊断设备--中科大

2026-07-11 14:30 - 单文惠

状态:	已反馈	开始日期:	2026-07-11
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	单文惠	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
光谱覆盖5-20nm 分辨率0.027nm@13.5nm 略入射角度 3-5度 真空度10-5pa 时间分辨不重要10us积分就可以 探测器灵敏度 snr 大于20db 需要找下市面上是否有满足以上条件的设备			

历史记录

#1 - 2026-07-11 14:51 - 薛立京

- 状态 从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-07-11 15:10 - 薛立京

- 状态 从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给 从 薛立京 变更为 单文惠

弄不了。全世界应该不超过3个厂家有商业产品。禁售必然锁死。
非要弄就得去长光所或者上光所找关系研究谁能做。