

咨询处理 - 硬件咨询 #2225

器件平替-天津大学-封丰-李铭浩

2026-07-29 11:32 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-07-29
优先级:	B级	计划完成日期:	2026-07-30
指派给:	曹晏彬	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
如果有自己的匹配最好。 KC5X1/M 数量：2个 五轴光学调整架，用于Ø1英寸光学元件，兼容30 mm笼式系统，M4 x 0.7螺孔Customer Inspired!			
PT3/M 数量：1个 XYZ轴位移台，带标准测微头，行程25 mm，M6螺孔			
SM1ZB/M 数量：2个 Z轴平移安装座，兼容30 mm笼式系统，M4 x 0.7螺孔			
VA5-PBS254/M 数量：1个 可变分束镜，安装在30 mm笼式立方体内，1200 - 1600 nm，M4螺孔			

历史记录

- #1 - 2026-07-29 11:51 - 曹晏彬
- 状态从 新建 变更为 评估中
- #2 - 2026-07-29 13:15 - 曹晏彬
- 文件 clipboard-202607291315-rkxx6.png 已添加
- 状态从 评估中 变更为 已反馈
- 指派给从 曹晏彬 变更为 宁欣洋
- 第一个谁家都没有一模一样的，这个是索雷博去年的新产品，大家都没开始仿。但是有类似的，他那个是无旋钮，如果接受有旋钮的话就用LO-FAFMC 30-S1J；
- 第二个LO-H3N-25-60，库存3个；
- 第三个用LO-TAF30-Z，库存10个；
- 第四个也是谁家都没有，他那个本质上是把一个波片架集成到一个笼式立方上面了，但是不管是这个整体形式还是单独的旋转结构，谁家都没有。

clipboard-202607291315-rkxx6.png

#3 - 2026-07-31 14:25 - 宁欣洋
- 指派给 从 宁欣洋 变更为 曹晏彬

已死，没有任何原因。

文件

clipboard-202607291315-rkxx6.png	1.28 MB	2026-07-29	曹晏彬
----------------------------------	---------	------------	-----