

咨询处理 - 硬件咨询 #2319

白光光源LED-孟庆道

2026-08-21 11:25 - 宁欣洋

状态:	已反馈	开始日期:	2026-08-21
优先级:	C级	计划完成日期:	
指派给:	宁欣洋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		
描述			
白光光源需要让他光纤输出， 经过光纤后输出功率0-30mw可调，功率稳定性4小时 1%的功率稳定要求。			

历史记录

#1 - 2026-08-21 13:03 - 薛立京

- 状态从 新建 变更为 评估中

#2 - 2026-08-21 14:21 - 薛立京

- 状态从 评估中 变更为 已反馈

- 指派给从 薛立京 变更为 宁欣洋

客户对功率稳定性有要求必须上科研级的带闭环控制的。
但是具体谁家有曹经理也找不到，就算索雷博也没有保证过4小时多少稳定性，曹经理知道的有稳定性保证的都不是LED的，LED的原理使它天生就不适合做高稳。
比如可以用氙灯卤钨灯一类的，或者加个几十万预算上激光驱动等离子体光源（LDLS）或超连续谱白光激光器。