

咨询处理 - 硬件咨询 #2758

硬件咨询 # 2458 (已反馈): 韩瑞麟-五轴光纤耦合器-仿制测绘

韩瑞麟-维修测绘的台子

2026-10-14 14:10 - 宁欣洋

状态:	评估中	开始日期:	2026-10-14
优先级:	B级	计划完成日期:	
指派给:	索鹏鑫	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0:00 小时
目标版本:			
完结状态:	未成单		

描述

需要评估维修的硬性成本和人工成本

韩麒麟-董振超组-中科大-国实E-189+交叉中心、冒文杰-国实E-189-中科大董振超组的、张逸浩-交叉146-中科大-董振超组、关不上

由微信用户创建的外部群,含4位外部联系人·群主:韩瑞麟-董振超组-中科大-国实E-189+交叉中心@微信



历史记录

#1 - 2026-10-14 14:12 - 薛立京

- 状态从新建变更为评估中

#2 - 2026-10-14 14:21 - 薛立京

-指派给从薛立京变更为索鹏鑫

- 1.两个25台面的小位移台，拆下来看通过调节是否能解决松动问题
- 2.小位移台导轨的挡片有几个缺失，根据实物测绘，出加工图纸
- 3.看一下大位移台的交叉滚子导轨用的VR几的规格，整理表格包含采购价格，采购链接：
https://item.taobao.com/item.htm?id=710537049008&mi_id=0000R6gg-dL8-zP_ky6Htz8mM6NlDExhctivA9iF9lIzqM_
- 4.确认大位移台微分头是否都可用。

- 5.大位移台变形的件进行测绘出加工图。
 - 6.确认一下60台面位移台是否有问题。
 - 7.确认一下其他螺丝、螺母件生锈问题，查找替换件，也列入采购清单。
- 15号下班前确认好以上问题，如果第一项小位移台调不好，再与我沟通解决方案

文件

clipboard-202610141410-c23eu.png	225 KB	2026-10-14	宁欣洋
----------------------------------	--------	------------	-----